

**COMUNICADO Nº 02 DA REDE TUBERCULOSE
AMOSTRAS EXTRAPULMORAES/NÃO ESCARRO.**


Informamos que a partir de **12 de maio de 2023**, conforme OFÍCIO CONJUNTO CIRCULAR Nº 4/2020/CGLAB/DAEVS/SVS/MS de 15 de julho de 2020 e Manual de Recomendações para o Diagnóstico laboratorial de tuberculose e micobactérias não tuberculosas de interesse em saúde pública no Brasil (1ª edição, 2022), as análises com amostras **NÃO ESCARRO**, realizadas no LACEN-PI, seguirão o **ALGORITMO** de investigação de tuberculose. A solicitação no GAL deverá ser de Teste Rápido Molecular (TRM) e Cultura (NÃO ESCARRO). Demais exames como Teste de Sensibilidade serão acrescentados no próprio LACEN-PI, se houver necessidade.


Informar na observação se o paciente é **caso novo, controle (resultado do TRM ou cultura), mês de tratamento ou se é retratamento.**


O OFÍCIO CONJUNTO CIRCULAR Nº 4/2020/CGLAB/DAEVS/SVS/MS Brasília, 15 de julho de 2020, poderá ser conferido no site: https://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador código verificador **0015775598** e o código CRC **06E9B780**.


Atenciosamente,

Teresina, 07 de Junho de 2023.


José Ribamar de Castro Júnior
Diretor Técnico do LACEN-PI
Farmacêutico/Bioquímico CRF: 670
Matricula: 333814-7


José Ribamar de Castro Júnior
Diretor Técnico - LACEN-PI
Farmacêutico/Bioquímico CRF: 670
Matricula: 333814-7


Carinne Emanuelle Ferreira de Sousa
Coordenadora da Rede de Laboratórios
LACEN-PI


Carinne Emanuelle Ferreira de Sousa
Coord. da Rede de Laboratórios
Biomédica CRBM/2 - 2670
LACEN-PI Mat.: 374478-7