

## CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO DE AMOSTRAS

De acordo com a RESOLUÇÃO RDC/ANVISA Nº. 302, de 13 de outubro de 2005 - o laboratório clínico deve estabelecer critérios de aceitação e rejeição de amostras, assim como a realização de exames em amostras com restrições devem estar definidos em instruções escritas.

### Critérios de aceitação

O Lacen -PI receberá amostras biológicas se estiverem:

1. Cadastradas no GAL (exceto, aos finais de semana os hospitais IDTNP e HILP), acompanhadas da Lista de exames encaminhados para a rede de laboratórios. E a ficha do SINAN para os Agravos de Notificação Compulsória;
2. Identificadas com o nome completo do paciente, data de nascimento.
3. De acordo com condições de coleta, conservação e transporte para cada exame.

### Importante

- As amostras biológicas deverão estar devidamente identificadas e bem fechadas para evitar vazamentos e possível contaminação;
- Colocar os tubos ou frascos acondicionados em estantes, na posição vertical, dentro de saco ou pote plástico, antes de colocar na caixa de térmica;
- Colocar amostras de fezes e urina em sacos plásticos individuais;
- Todos os materiais deverão ser transportados em caixas térmicas em temperatura ambiente ou temperatura adequada entre 2° a 8°C (com gelox) ou -70° (contendo quantidade de gelo reciclável ou gelo seco compatível com a quantidade de material que estiver sendo enviado).
- Completar com papel amassado ou flocos de isopor os espaços vazios, a fim de evitar a quebra da embalagem que contém as amostras.

Teresina, 24 de junho de 2016

Gildevane Vieira do Nascimento  
Gerente Técnica do LACEN-PI

*Gildevane Vieira do Nascimento*  
Gerente Técnica do LACEN-PI  
Mat. 168502-3